Krajowa Administracja Skarbowa

Warszawa, dnia 26 lipca 2018 r.

**Izba Administracji Skarbowej**
**w Warszawie**

1401-ILZ.260.14.2018.06/DR

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania na zakup sprzętu do kontroli dla Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego.
**Postępowanie nr: PN/14/2018**

**ODPOWIEDZI NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., dalej „Pzp") Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**
Czy Zamawiający dopuści system GCMS z zakresem analizowanych mas: od 1,5 do 1000u?
**Odpowiedź:**
Zamawiający zmienił już minimalne wymagania dot. analizowanych mas, zamieszczone w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, cz. I, pkt 1.3., w związku z powyższym dopuszcza system GCMS z dolną granicą analizowanych mas od 1,5 u.

**Pytanie 2:**
Czy poprzez opis wymaganych bibliotek widm w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 2.9): „najnowsze biblioteki widm NIST, Wiley, związków z zakresu pestycydów oraz tzw. Designer Drugs" Zamawiający wymaga aby zostały dostarczone 4 oddzielne biblioteki ?
**Odpowiedź:**
Zamawiający nie wymaga, aby były to 4 oddzielne biblioteki, jednakże zaoferowane przez Wykonawcę biblioteki muszą być równoważne z bibliotekami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, cz. III.

**Pytanie 3**
W związku z dostępnością różnych zasilaczy UPS na rynku niekoniecznie dedykowanych pod systemy GCMS o różnej konfiguracji oraz parametrach, co w sposób istotny wpływa na koszt takiego urządzenia, prosimy o doprecyzowanie podstawowych parametrów zasilacza UPS. Czy zaoferowany zasilacz UPS ma być typu „on-line" z tzw. zerowym czasem startu, co jest bardzo ważne dla systemu GCMS, który nie może mieć ani jednej sekundy przerwy po wyłączeniu zasilania? Jaka jest wymagana przez Zamawiającego minimalna moc zasilacza? Jaki minimalny czas podtrzymania systemu GCMS po wyłączeniu zasilania wymaga Zamawiający? Czy zasilacz UPS ma również podtrzymywać pracę zestawu komputerowego?
**Odpowiedź:**
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę zasilacz UPS posiadał takie parametry, aby w razie nagłej awarii sieci zasilającej podtrzymał zasilanie na czas umożliwiający bezpieczne wyłączenie całego zaoferowanego zestawu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania powodującego wyłączenie aparatury zaraz po nastąpieniu awarii zasilania bądź też gdy z powodu zbyt małej mocy zasilacza nie zakończy się procedura bezpiecznego wyłączenia aparatury.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy** powyższe odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: www.mazowieckie.kas.gov.pl /izba-administracji-skarbowej-w-warszawie w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*".

Na oryginale podpis:
Zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
Tomasz Domański